

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

піпет дозатори одноканальні змінного об'єму (ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, повідомляємо, про те, що на підставі зроблених фахівцями розрахунків для виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок необхідно провести закупівлю товару: піпет дозатори одноканальні змінного об'єму в загальному обсязі 6 одиниць до 15.12.2026 року, за наступною адресою: площа Свободи 4, м. Харків, 61204.

Для можливості виконання поставлених завдань, зручного та безпечного використання предмет закупівлі повинен відповідати таким характеристикам:

Дозатор одноканальний змінного об'єму 2-20 мкл:

Діапазон об'єму: 2-20 мкл

Кількість каналів: 1 шт.

Крок, не більше 0,02 мкл

Точність вимірювального приладу при номінальному об'ємі, не менше $\pm 0,2$ мкл

Точність результату вимірювання при номінальному об'ємі, не менше $\pm 0,06$ мкл

Наявність декларації відповідності згідно ISO 8655: так

Матеріал поршня: нержавіюча сталь з алмазоподібним вуглецевим покриттям (DLC)

Кольоровий код: жовтий

Наявність можливості автоклавування при 121°C, 20 хв., тиск 1 бар: так

Наявність в комплекті постачання трьох змінних ручок різної форми та різних матеріалів: так

Дозатор одноканальний змінного об'єму 10-100 мкл:

Діапазон об'єму: 10-100 мкл

Кількість каналів: 1 шт.

Крок, не більше 0,1 мкл

Точність вимірювального приладу при номінальному об'ємі, не менше $\pm 0,8$ мкл

Точність результату вимірювання при номінальному об'ємі, не менше $\pm 0,2$ мкл

Наявність декларації відповідності згідно ISO 8655: так

Матеріал поршня: нержавіюча сталь з алмазоподібним вуглецевим покриттям (DLC)

Кольоровий код: жовтий

Наявність можливості автоклавування при 121°C, 20 хв., тиск 1 бар: так

Наявність в комплекті постачання трьох змінних ручок різної форми та різних матеріалів: так.

Дозатор одноканальний змінного об'єму 100-1000 мкл:

Діапазон об'єму: 100-1000 мкл

Кількість каналів: 1 шт.

Крок, не більше 1 мкл

Точність вимірювального приладу при номінальному об'ємі, не менше ± 6 мкл

Точність результату вимірювання при номінальному об'ємі, не менше ± 2 мкл

Наявність декларації відповідності згідно ISO 8655: так

Матеріал поршня: нержавіюча сталь з алмазоподібним вуглецевим покриттям (DLC)

Кольоровий код: синій

Наявність можливості автоклавування при 121°C, 20 хв., тиск 1 бар: так

Наявність в комплекті постачання трьох змінних ручок різної форми та різних матеріалів: так

Якість товарів повинна забезпечуватись:

- 1) товар повинен бути новим, таким що не був в експлуатації, та умови його зберігання не були порушені (у разі його зберігання учасником);
- 2) Для підтвердження запобігання закупівлі фальсифікованої продукції, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію авторизаційного листа від виробника (його представництва або філії, повноваження яких поширюються на територію України) або його офіційного чи уповноваженого представника, чи дистриб'ютора, уповноваженого виробником.
- 3) якість товару повинна відповідати діючим в Україні технічним регламентам та Державним Стандартам України.
- 4) гарантійний строк на товар, що є предметом закупівлі становить не менше 12 місяців з дати отримання товару замовником.

Очікувана вартість закупівлі становить **59 880,60** грн. з урахуванням ПДВ. Очікувана вартість закупівлі розрахована за допомогою МЕТОДИКИ визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, затвердженої рішенням Вченої ради ХНУ протокол № 11 від 25.10.2021 р., а саме розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін.

Фахівець

«24» вересня 2026 р.

провід. інженер Забеліна І.А.

Ініціатор

«24» вересня 2026 р.

в.о. зав. кафедри Берест В.П.